



SZP.ET.25.09.14.11/2019

Złotów, dn. 25 września 2019 roku

**Do wiadomości uczestników
postępowania**

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem 22/ZP/2019 „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C”.

1. Czy Zamawiający dopuści realizację do 90 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy pod warunkiem iż dokumenty do rejestracji ambulansu tj. faktura, świadectwo homologacji, karta pojazdu itd. zostaną dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiającego nie później niż do 09 grudnia 2019. Nie dostarczenie ww. dokumentów do rejestracji w określonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 9 grudnia 2019 r.

2. Czy Zamawiający dopuści ambulans z doświetlaniem zakrętów inaczej niż za pośrednictwem świateł przeciwmgielnych? Ambulans Renault Master ma do tego celu dedykowane światła w reflektorach przednich.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

3. Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm **PN-EN 1865-1+A1:2015** i **PN-EN 1789+A1:2011**, poświadczony odpowiednimi dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?

Odpowiedź: Tak.

**Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
dr n. spol. Marcin Druszcz**