

SZP.ET.07.10.14.11/2019

Złotów, dn. 7 października 2019 roku

**Do wiadomości uczestników
postępowania**

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem **23/ZP/2019** „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C”.

Dotyczy Nasze główne

1. Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach **PN EN 1789** oraz **PN EN 1865**, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. **PN-EN 1789+A1:2011** i **PN-EN 1865-1+A1:2015** i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm **PN-EN 1865-1+A1:2015** i **PN-EN 1789+A1:2011**, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?


Odpowiedź: Tak

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy: Kompletne urządzenie do kompresji klatki piersiowej

4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone urządzenie mogło być stosowane u dzieci o wysokości mostka powyżej 14 cm oraz posiadało tryb pracy 15 uciśnień/ 2 wdechy



S Z P I T A L P O W I A T O W Y
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy 2019-10-07 w Poznaniu
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel. dyr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78
www.szpital.zlotow.pl e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 9001:2008



oraz płynną regulację ustawień głębokości i częstości kompresji? Takie rozwiązanie zapewni możliwość użycia urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na większej grupie populacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

*Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
dr n. spol. Marcin Druszcz*