



SZP-ET/232/2020

Złotów, dnia 03 sierpnia 2020 r.

Do wiadomości uczestników postępowania

Dotyczy postępowania nr 22/ZP/2020

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego symbolem 22/ZP/2020, którego przedmiotem jest: **„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej”**.

#### Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 4 – Ogólne warunki umowy - §5 pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości zagwarantowania bezpośredniego kontaktu z Centrum Obsługi Serwisowej, którego pracownik niezwłocznie przekaze informację inżynierowi, który w danym momencie jest dostępny i któremu może być w jak najkrótszym czasie przekazana informacja o awarii. Posiadanie numeru do wybranego inżyniera nie gwarantuje skutecznej pomocy serwisowej np. w przypadku nieobecności danej osoby w pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w §5 pkt 6. Kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Serwisowej ma być zagwarantowany codziennie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne i wolne od pracy.

#### Pytanie 2

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie analizatora wykonującego kalibracje w oparciu o gazy zawarte w butlach, których konstrukcja umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę przez operatora?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

  
**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych**  
**dr n. społ. Marcin Druszczyński**

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl)

2. a/a

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl