



SZP-ET/262/2020

Złotów, dnia 4 września 2020 r.

Dotyczy postępowania nr 23/ZP/2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego**”, nr postępowania 23/ZP/2020 w zakresie części 1 i 2, niniejszym pismem informuje o unieważnieniu postępowania.

I. Informacja o odrzuceniu oferty

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Konsorcjum firm: B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. (lider) i Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający pismem z dnia 25 sierpnia 2020 r., znak pisma SZP-ET/254/2020 wzywał Wykonawcę Konsorcjum firm: B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. (lider) i Aesculap Chifa Sp. z o.o. do wpisania parametrów, które występują w oferowanej aparaturze zgodnie z wymogiem wskazanym w załączniku nr 2, tabela „Parametry minimalne/graniczne”, kolumna czwarta: „Oferowane warunki, Odpowiedź wykonawcy: tak/nie (parametry w oferowanej aparaturze – opisać)”. Wykonawca pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r. i 3 września 2020 r. złożył wyjaśnienia oraz formularz parametrów technicznych. Zaoferowane przez Konsorcjum firm: B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. (lider) urządzenie posiada filtrat tj. ilość płynu usuwanego z ciała pacjenta w zakresie **10-11000 ml/godz.**

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymagał zaoferowania w pkt. 4 tabeli „Parametry minimalne/graniczne” – usuwanie płynu z ciała pacjenta **≥10 do 2000 ml/godz. maksymalnie.**

II. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego” w zakresie części 1 niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę **105 000,00 zł brutto**.

Cena złożonych ofert następujących Wykonawców, niepodlegających odrzuceniu.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji
		Część I	Część I
1.	Baxter Polska Spółka z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa	108 00,00 zł	37 miesięcy

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną oferty w zakresie części 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2.

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego” w zakresie części 2.

Uzasadnienie faktyczne oraz prawne: Dnia 12.08.2020 roku o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie w/w pozycji. Do wyznaczonego terminu, do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl – skan pisma), oferenci;
2. a/a

Sporządził: Bożena Michałek, Dział Techniczno-Administracyjny,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 67 263 58 78, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Ekspertyznych
dr n. społ. Marcin Drużewski