



SZP-ET/352/2020

Złotów, dnia 1 grudnia 2020 r.

Do wiadomości uczestników postępowania

Dotyczy postępowania nr 30/ZP/2020

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego symbolem 30/ZP/2020, którego przedmiotem jest: „**Wyposażenie bloku operacyjnego**”.

Część 2 –Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED

Pytanie 1

Dot. Pkt 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z max. poborem mocy dla każdej z kopuł o wartości 65 W , Kopuła główna wyposażona w 90 diod ,natomiast kopuła pomocnicza wyposażona w 60 diod ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pkt 3

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z regulacją średnicy pola operacyjnego znajdującym się na panelu sterującym przy czaszy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną ,której osłona diod zbudowana jest z poliwęglanu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z obudową kopuł w kształcie sześcioboku ze szczeliną umożliwiającą minimalizacją zakłóceń przepływu laminarnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną , której kopuła główna składa się z 2 części i 90 diod?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Pkt. 9

Czy zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o temperaturze barwowej regulowanej w zakresie 3500-4000-4500-5000 K?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o średnicy pola roboczego -d10 :16-23 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dot. Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z głębokością oświetlenia 95 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dot. Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną , której kopuła główna wyposażona jest w 2 uchwyty znajdujące się po obu stronach czaszy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Pkt. 18

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 40-100% +10 % endo?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. Pkt.19

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z wyłącznikiem znajdującym się przy kopule?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dot. Pkt 20

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z trybem endo – kolor biały realizowany przez zmniejszenie natężenia z max. do wartości 10 %?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Dot. Pkt. 22

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o max. natężeniu napromieniowania 676 W/m² ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dot. Pkt. 23

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną , której kopuła satelitarna wyposażona jest w 60 diod?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Dot. Pkt. 25

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o regulacji barwy temperaturowej w zakresie 3500-4000-4500-5000K?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o średnicy pola roboczego 16 – 23 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dot. Pkt 28

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o wgłębności oświetlenia 95 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Dot. Pkt. 29

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną , której kopuła główna wyposażona jest w 2 uchwyty znajdujące się po obu stronach czaszy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dot. Pkt. 34

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z trybem endo – kolor biały realizowany przez zmniejszenie natężenia z max. do wartości 10 %?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Dot. Pkt. 35

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z wyłącznikiem znajdującym się przy kopule?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dot. Pkt. 36

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z trybem endo – kolor biały realizowany przez zmniejszenie natężenia z max. do wartości 10 %?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Dot. Pkt. 38

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o max. natężeniu napromieniowania 676 W/m²

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny

Pytanie 23

Dot. Pkt 6

Czy Zamawiający dopuszcza stół z napędem elektromechanicznym i elektrohydraulicznym ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dot. Pkt 7

Czy Zamawiający dopuszcza stół o długości z blatem :max. 2270 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dot. Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuszcza stół o całkowitej szerokości blatu wynoszącym 600 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dot. Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości : 598- 1140 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 27**

Dot. Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją pleców : - 90° do +90° ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 28**

Dot. Pkt. 11

Czy zamawiający dopuszcza stół z regulacją podglówka w zakresie : -30° do+ 45° ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie 29**

Dot. Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuszcza stół z przechyłem bocznym w obie strony : min. po 25° ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie 30**

Dot. Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuszcza stół z przechyłem Trendelenburga : min. 35° ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie 31**

Dot. Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuszcza stół z przechyłem anty-Trendelenburga ; min.35 °

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie 32**

Dot. Pkt. 15

Czy Zamawiający stół z regulacją kąta nachylenia podnóżków w zakresie : - 105 ° do + 90° ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 33**

Dot. Pkt.17

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej za pomocą pilota i manualnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 34**

Dot. Pkt 18.

Czy Zamawiający dopuszcza stół z możliwością zmiany orientacji blatu z panelu sterowania umieszczonym na kolumnie stołu? **Tak, Zamawiający dopuszcza.**Czy Zamawiający dopuszcza stół z informacją o procentowym stanie naładowania baterii za pomocą systemu diod? **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza stół informujący na pilocie LCD o opisie ruchu i wartości wykonywanej czynności?

Tak, Zamawiający dopuszcza.Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją 2 stopniową - zabezpieczającą funkcjami sterowaną z panelu znajdującego się na kolumnie stołu natomiast funkcję z pilota aktywne są tylko w momencie przyciśnięcia i przytrzymania danego przycisku – zwolnienie przycisku automatycznie blokuje wykonanie ruchu? **Tak, Zamawiający dopuszcza.****Odpowiedź:** j.w.**Pytanie 35**

Dot. Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją podglówka wspomaganą sprężynami gazowymi natomiast regulacja podnóżka odbywa się z pilota?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dot. Pkt. 25

Czy Zamawiający dopuszcza stół z płytą plecową 2 segmentową z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota i manualnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dot. Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuszcza podpórkę kątową – piankową o wymiarach 215-50-150 mm ?

Czy Zamawiający dopuszcza pozycjoner głowy i szyi - piankowy o wymiarach 250-300-110 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl)

2. a/a

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl