

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Nazwa jednostki: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie

*Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na:*

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

ARCOMA 0170 INTUITION SYSTEM

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg ARCOMA 0170 INTUITION SYSTEM wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 158/2010 z dnia 07.05.2010r.

MOVIPLAN 800TF

Zezwolenie na uruchomienie i stosowania aparatu rtg MOVIPLAN800TF wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 242/2019 z dnia 25.06.2019r.

RADIUS- S9 ramie C

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg RADIUS- S9 z ramieniem C wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 119/S/Pi/2006 z dnia 29.09.2006r.

IMD BASIC 100-30

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg IMD BASIC 100-30 wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 7/2010 z dnia 26.01.2010r.

ENDOGRAPH DC

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg ENDOGRAPF DC wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 409/2017 z dnia 16.08.2017r.

IMD BASIC 100-30

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg IMD BASIC 100-30 wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 64/2013 z dnia 21.02.2013r.

Tomograf Komputerowy SOMATOM SCOPE POWER

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu Tomografu Komputerowego SIEMENS SOMATOM SCOPE POWER wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 562/2016 z dnia 21.12.2016r.

Cios Select ramie C

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu wydał Wielopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Decyzja nr 379/2018.

- Zgoda WSSE w Poznaniu – decyzja nr 429/2016 z dnia 20/09/2016 roku na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.
- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 12.11.2020r. do 12.11.2021r.)

zmierzona dawka efektywna wyniosła: $<0,1$ mSv na osobę.

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.